


Amplex 800 PRO BTE microson



1. Codo Estándar
2. Micrófono frontal
3. Micrófono trasero
4. Pulsador de Programas
5. Conector de Programación
6. Control de Volumen
7. Portapilas (Tipo 13)

Descripción

Audífono retroauricular de conducción aérea (BTE), Pila 13, programable mediante software, estrategia de procesado WDRC.

Finalidad prevista

Los audífonos MICROSON Amplex 800 Pro BTE están indicados para compensar pérdidas auditivas de leves a severas (transmisivas, mixtas o neurosensoriales). Su uso no está indicado para niños o personas con discapacidad mental.

Ver rango de adaptación ⁽¹⁾


Características

- ✓ Matrix 128/59 @ 2cc
- ✓ 100% Tecnología digital
- ✓ Programable digitalmente
- ✓ 8 Canales WDRC
- ✓ 23 Bandas
- ✓ Control de salida máxima (MPO)
- ✓ Direccionalidad Fija y Adaptativa
- ✓ Detector automático de ambientes (iSD)
- ✓ Reductor de ruido automático (128 Bandas)
- ✓ Cancelador automático de realimentación (OPTIMIZER)
- ✓ Generador de ruido habituador (TRT)
- ✓ Control de volumen digital
- ✓ 4 Programas
- ✓ Bobina telefónica
- ✓ Datalogging
- ✓ Indicador de batería baja y cambio de memoria
- ✓ Retardo de conexión configurable
- ✓ Desconexión por portapilas
- ✓ Recubrimiento nanométrico⁽²⁾
- ✓ Grado de protección IP57 (IEC 60529)
- ✓ Totalmente compatible con telefonía móvil⁽³⁾
- ✓ Pila tipo 13 - PR48 (IEC 60086)
- ✓ Bajo consumo

Requerimientos

- 89600, Fitting Software Microson CODA e-STUDIO 6 (6.7.0 o superior)
- 53781, Cable de programación derecho.
- 53832, Cable de programación izquierdo.
- 73194, Programador HI-PRO^A USB (Firmware 3.00 o superior)
- 88616, Programador HI-PRO^A 2 (Firmware 4.00 o superior)
- 66183, Programador NOAHLINK^B (Kernel v. 1.55.03)

⁽¹⁾ Rango de Adaptación



⁽²⁾ Protección nanométrica contra la intrusión de partículas

⁽³⁾ Según Normativa IEC 60118-13:2011

^(A) HI-PRO es una marca registrada por GN Otometrics A/S en Dinamarca.

^(B) NOAH & NOAHLINK son productos con licencia de HIMSA A/S en Dinamarca.

Amplex 800 PRO BTE microson

	Datos Acústicos	IEC 60118-7:2005	IEC 60118-0:1993/ A1:1994
SALIDA	NPAS ¹ 90 Máximo (dB _{SPL})	128	131
	Frecuencia a NPAS90 Máximo (Hz)	1200	2400
	PAF ² -NPAS90 / FRE ³ -NPAS90 (dB _{SPL})	121	127
GANANCIA	PAF-GM ⁴ (dB)	55	60
	FRE-GM(dB)	49	59
	GM (dB)	59	66
	Frecuencia a GM (Hz)	1200	2400
	GER ⁵ (dB)	45	52
RUIDO	Ruido de entrada equivalente (dB _{SPL})	16	16
CAG ⁶	Tiempo de respuesta (ms)	2	4
	Tiempo de caída (ms)	619	209
BOBINA	PAF-NPAI ⁷ / FRE-NPAI (dB _{SPL})	109	115
	PAF-GM-NSMA ⁸ / FRE-GM-NSMA @ 1 mA/m (dB _{SPL})	90	90
	500 Hz @ 100 mA / m (% THD)	2,3	2,3
	800 Hz @ 100 mA / m (% THD)	0,6	1,3
	1600 Hz @ 100 mA / m (% THD)	0,2	0,4
DISTORSIÓN	500 Hz @ 70 dB _{SPL} (% THD)	0,6	0,8
	800 Hz @ 70 dB _{SPL} (% THD)	0,4	0,8
	1600 Hz @ 65 / 70 dB _{SPL} (% THD)	0,2	0,3
CONSUMO	Corriente de batería (mA)	0,58	0,56
ANCHO DE BANDA	f ₁ (Hz)	100	200*
	f ₂ (Hz)	4800	4800*

Fuente de alimentación: Simulador de batería 1.3 V

IEC
60318-5:2006

IEC
60318-4:2010

¹NPAS= Nivel de Presión Acústica de Salida

²PAF= Promedio para Altas Frecuencias

³FRE= Frecuencia de Referencia para los ensayos (1600 Hz)

⁴GM= Ganancia Máxima

⁵GER= Ganancia Ensayo de Referencia

⁶CAG= Control Automático de Ganancia

⁷NPAI= Nivel de Presión Acústica en un campo magnético

⁸NSMA= Nivel de Sensibilidad Magneto-Acústica

*Según Normativa DIN 45605


Especificaciones técnicas

DS-0016-033-ES
Rev.A 2018-02-23


Amplex 800 Pro BTE
2 de 5

Amplex 800 PRO BTE microson


NPAS90 / NPAS50 @ GM @ IEC 60118-7:2005




NPAS90 / NPAS50 @ GM @ IEC 60118-0:1993/A1:1994




RESPUESTA EN FRECUENCIA @ AER @ IEC 60118-7:2005




RESPUESTA EN FRECUENCIA @ AER @ IEC 60118-0:1993/A1:1994




SENSIBILIDAD BOBINA TELEFÓNICA @ AER @ IEC 60118-7:2005




SENSIBILIDAD BOBINA TELEFÓNICA @ AER @ IEC 60118-0:1983/A1:1994




ENTRADA-SALIDA @ AER @ IEC 60118-7:2005



RESP. EN FRECUENCIA @ CTRL. VOL. @ IEC 60118-0: 1983/A1: 1994



ENTRADA-SALIDA @ AER @ IEC 60118-0:1993/A1:1994



Especificaciones técnicas

DS-0016-033-ES
Rev.A 2018-02-23

Amplex 800 Pro BTE
3 de 5

CLASIFICACIÓN DEL AUDÍFONO SEGÚN NORMATIVA EN 60601-1

Clasificación del Equipo Médico

Protección contra choque eléctrico	EQUIPO ME INTERNAMENTE ALIMENTADO
	Parte Aplicable Tipo B
	 Este símbolo indica que este producto se adhiere a los requisitos establecidos para un componente de aplicación del tipo B según normativa IEC 60601-2-66. La superficie del audífono está catalogada como componente de aplicación del tipo B.
Método de Funcionamiento	FUNCIONAMIENTO CONTINUO


Características Eléctricas Fuente Alimentación

Tensión Nominal Funcionamiento	1,4 V
Tipo de Corriente	Corriente continua
Consumo Nominal	0,56 mA
Designación Pila (EN 60086)	PR41

Condiciones ambientales		Funcionamiento		Almacenamiento y transporte	
		Min.	Máx.	Min.	Máx.
	Temperatura T (°C)	0	40	-20	60
	Humedad relativa RH (%)	10	95	10	95
	Presión atmosférica P (hPa)	500*	1100*	500*	1100*

*Evite cambios rápidos de presión

Dimensiones y Peso



Peso sin pila: 3,4 gr
Peso con pila: 4,2 gr
Dimensiones en milímetros (mm)

Especificaciones técnicas

DS-0016-033-ES
Rev.A 2018-02-23

Amplex 800 Pro BTE
4 de 5

Amplex 800 PRO BTE microson

Accesorios - Recambios Profesionales (Adaptación)

- 94349, Codo Microson P13 M3 (5 pcs)
- 94583, Pilas Audífono Microson 13 M/Free
- 88852, Paravientos BTE Beige (10 pcs)
- 101675, Conjunto Tapas Microson BTE (roja+azul)

Accesorios - Recambios Usuario Final

- 99535, Estuche Microbox ONE Microson
- 91118, Limpiador Alambre Cepillo
- 99467, Gamuza Microson
- 94583, Pilas Audífono Microson 13 M/Free

Documentación de acompañamiento

- 87349, Manual de Usuario Microson Amplex (ES/EN/PT/TR)

PRODUCTO	REFERENCIA	MODELO	GTIN-13
AMPLEX BTE	99786	MICROSON AMPLEX 800 PRO BTE BEIGE	8435281312917

Código GMDN: 34671

Especificaciones técnicas

DS-0016-033-ES
Rev.A 2018-02-23

Amplex 800 Pro BTE
5 de 5

